



BioClean-C™ kemoterápiás ujjas védőkötény BCAS

Kemoterápiás ujjas védőkötény – Nem steril

A BioClean-C kemoterápiás ujjas védőkötény számos citotoxikus gyógyszer ellen nyújt védelmet. A könnyű, minimálisan szőszölődő CleanTough anyagból készült kötény állítható nyakrögzítéssel, hátoldali kötőszalagokkal, és védőszalaggal ellátott, ultrahanggal ragasztott varratokkal rendelkezik.

Key Features and Benefits

- Az ASTM F739-12 átszivárgási szabvány szerint tesztelve
- Ultrahanggal ragasztott varratok védőszalaggal
- Hátoldali kötőszalagok
- Állítható nyakrögzítés
- Könnyű, minimálisan szőszölődő anyag
- CleanTough anyag



Iparágak

- Ellenőrzött/Kritikus környezetek
- Gyártás és termelés
- Laboratórium és kutatás





BioClean-C™ kemoterápiás ujjas védőkötény BCAS

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Anyag	CleanTough™
Auditálási szabványok	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Szabványok	ASTM F739, CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, III. kategória, EN 13034:2005 + A1:2009
Tisztatér-besorolás	10-es osztály/ISO 4-es osztály
Szavatossági idő	Five (5) years from date of manufacture.
Építőipar	Ultrasonically bonded sleeve seams with protective tape & 100% polyester cuffs.
Jellemzők	Alacsony részecske kibocsátású

RÉSZECSCKE-LEADÁSI TESZT EREDMÉNYEI

TESZT	EREDMÉNY	KATEGÓRIA (IEST-RP-CC003.3)
Részecske-leadás (Helmke Drum teszt)	$\geq 0,5$ Qm (darab/perc) < 1700	I. kategória

ASTM F739-12 VIZSGÁLATI MÓDSZER SZERINTI EREDMÉNYEK

GYÓGYSZER	Átlagos áttörési idő (MBT), perc Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISZPLATIN	>240
KARMUSZTIN	> 240
CIKLOFOSZFAMID	>240
DOXORUBICIN-HIDROKLORID	>240
5-FLUOROURACIL	>240
METOTREXÁT	>240
ETOPOZID	<6
PACLITAXEL	>240
TIOTEPA	55 (46,88,31)

Az eredmények ellenőrzött laboratóriumi körülmények között, akkreditált külső tesztlaboratórium által végzett vizsgálatok alapján születtek.

MÉRETTÁBLÁZAT

BCAS-S: Méret: S, Mellkas körfogat: 84-92 cm (33"-36"), Testmagasság: 164-170 cm (5'4"-5'6")
BCAS-M: Méret: M, Mellkas körfogat: 92-100 cm (36"-39"), Testmagasság: 170-176 cm (5'6"-5'9")
BCAS-L: Méret: L, Mellkas körfogat: 100-108 cm (39"-42"), Testmagasság: 176-182 cm (5'9"-6'0")
BCAS-XL: Méret: XL, Mellkas körfogat: 108-116 cm (42"-45"), Testmagasság: 182-188 cm (6'0"-6'2")



BioClean-C™ kemoterápiás ujjas védőkötény BCAS

ANYAGTELJESÍTMÉNY-VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI

TESZT	EREDMÉNY	TELJESÍTMÉNYOSZTÁLY
Horzsolással szembeni ellenállás	10 to 100 cycles	1
Átlyukadással szembeni ellenállás	10 N	1
Trapezoid szakadással szembeni ellenállás – keresztirány (CD)	CD 32.3 N	2
Trapezoid szakadással szembeni ellenállás – gépirány (MD)	MD 50.6 N	3
Szakítószilárdság – keresztirány (CD)	CD 47 N	1
Szakítószilárdság – gépirány (MD)	MD 94 N	2
Folyadéklepergető képesség – 30%-os H ₂ SO ₄	99.0%	3
Folyadéklepergető képesség – 10%-os NaOH	98.4%	3
Folyadéklepergető képesség – orto-xilol	91.4%	1
Folyadéklepergető képesség – n-butanol	93.9%	3
Folyadékpenetráció – 30%-os H ₂ SO ₄	0%	3
Folyadékpenetráció – 10%-os NaOH	0%	3
Folyadékpenetráció – orto-xilol	0%	3
Folyadékpenetráció – n-butanol	0%	3
Varrat erőssége ¹	74 N	2

1. Seam not destroyed

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

	MÉRET	BioClean-C kemoterápiás ujjas védőkötény
BCAS	ÚJRARENDELÉSI SZÁM	BCAS-S, BCAS-M, BCAS-L, BCAS-XL

További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ázsiai és Csendes-óceáni térség

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latin-Amerika és Karib-térség

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

**Teljesítményszabványok és
szabályozásoknak való megfelelés**

CE 0598



Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozatot nem tekinthető kereskedelmi jótállásként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelőek az adott alkalmazási területre.

A védőöltözetek citotoxikus gyógyszerekhez való használhatóságára vonatkozó konkrét adatokat tekintse meg a termék validációs csomagjában, vagy lépjen kapcsolatba az Ansell ügyfélszolgálatával. Az említett gyógyszerek elleni védelemhez használt védőöltözeteket kifejezetten az alkalmazott vegyi anyagok típusának megfelelően kell kiválasztani.

