

Jól látható narancssárga nitril vizsgakesztyű, a látható védelemért.

- **Nagy láthatóság:** A MICROFLEX® 93-856 robusztus, jól látható narancssárga nitril orvosi vizsgálati kesztyű, amely védi a kezét igényes környezetben - jól látható narancssárga színének köszönhetően vészhelyzetben is könnyen észrevehető.
- **Biztonságos fogás:** Ezek a kesztyűk kivételesen jól működnek olajos környezetben - a texturált ujjaknak köszönhetően viselőik minden helyzetben magabiztosan megragadhatják a szerszámokat és az anyagokat.
- **Fokozott védelem:** Ezek a narancssárga nitril kesztyűk meghosszabbított mandzsettával rendelkeznek a csukló és az alkar további védelme érdekében, és további védelmet nyújtanak a kemoterápiás gyógyszerek ellen*.



*a részletekért lásd a termék csomagolását

Iparágak

- Autóipar
- Autóipari értékesítés utáni piac
- Élettudományok
- Szerszám- és gépipar
- Bányászat
- Olaj- és gázipar
- Egészségügy

A következőhöz ajánlott:

- Alkatrészek átvizsgálása, ellenőrzése, válogatása
- Részegységek összeszerelése és átvizsgálása
- Berendezések javítása és karbantartása
- Általános célú Autóipari értékesítés utáni piac
- Mintavétel és feldolgozás
- Gyógyszerek beadása
- Nyersanyagminta-gyűjtés
- Alkatrészek és tartozékok felszedése
- Elsődleges termék átvizsgálása
- Termék-bevizsgálás
- Járműkarbantartás
- Szerszámok kezelése
- Extra védelem a csuklónak és a karnak
- I-es típusú latexallergia elleni védelem az egészségügyi dolgozóknak és a betegeknek

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Kesztyű külső felülete	Texturált ujjak
Auditálási szabványok	ISO 13485:2003
Terméktanúsítás	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Csomagolási áttekintés	100 kesztyű adagolónként 10 adagoló dobozonként 1000 kesztyű dobozonként
Tárolási utasítások	Tartsa távol a közvetlen napfénytől; tárolja hűvös és száraz helyen. Tartsuk távol az ózon vagy gyújtóforrástól
Termékkategória	Magas kockázat
Antisztatikus	Igen EN1149
Vulkanizálásnál használt kémiai akceleratorok	Cink-dibutil-ditiokarbamát (ZDBC) A felhasználóknak csak nagyon kis száma lehet érzékeny a kesztyű ezen összetevőjére/összetevőire, ami miatt irritációs és/vagy allergiás reakció léphet fel nála.


FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

	Jellemző értékek		Tesztelési módszer
Hossz (mm/hüvelyk)	270 / 10.6		ASTM D3767,EN 420
Lyukaktól való mentesség (l. átvizsgálási szint)	1,5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tenyérvastagság (mm/mil)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
Ujjvastagság (mm/mil)	0.20 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
	ÖREGEDÉS ELŐTT	ÖREGEDÉS UTÁN	
Végső szakítószilárdság (MPa)	≥28	≥21	ASTM D412 & D573
Szakadási nyúlás (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Szakadási erő (N)	≥9	≥10	EN 455-2

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

Méret	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Termékkód	93856070	93856080	93856090	93856100	93856110

Teljesítményszabványok és szabályozásoknak való megfelelés



További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01
Ázsiai és Csendes-óceáni térség
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445
Latin-Amerika és Karib-térség
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578
Oroszország
Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jótállásnak, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelőek az adott alkalmazási területre.

